

# S.C. SPITALUL ORASENESCU S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman

Tel / fax 0247453870

Tel : 0247454111; 0247453299

Cod Unic de Inregistrare 2304036 NR RC J34/50/2009

SPITALUL ORASENESCU S.R.L. VIDELE, JUDE. TELEORMAN	
INTRARE TESIRE	Nr. 2338
Ziua 10 Luna 07	20 19

Director General,  
Jr. Măndreanu Ionica



## CLARIFICARE Nr. 1

1. Ref: Solicitare de clarificare Caiet de Sarcini **Lot 1** Microtainer SST cu gel- achizitie directa pentru atribuirea contractului de "Achizitie Sticlarie laborator", conform Anunt publicitate nr.ADV1076943, publicat in SICAP.

### *Intrebare:*

"In legatura cu cererea de oferta la anuntul ADV1076943- avem cateva nelamuriri: Microtainer SST cu gel separator rec.cap. – dorim poza cu acest produs pentru ca nu exista K2edta cu gel asa ca nu stim ce o fi acest produs?"

### *Raspuns:*

**In Caietul de sarcini se solicita Microtainer SST cu gel separator recoltare capilara. Acesta este un recipient pentru recoltare sange capilar, este confectionat din plastic si are dop galben.**

**Tubul are capacitatea maxima de 600 µl si are gel separator acrylic si linie de demarcatie pentru 400 µl si 600 µl.**

**In atasament veti gasi si o imagine cu respectivul produs.**

2. Ref: Solicitare de clarificare Caiet de Sarcini **Lot 1 pozitia 4;6;7, Lot 2 pozitia 1;6;7-** achizitie directa pentru atribuirea contractului de "Achizitie Sticlarie laborator", conform Anunt publicitate nr.ADV1076943, publicat in SICAP.

### *Intrebare:*

"La aceste produse s-au dat alternative similare si dorim sa stim daca putem participa cu alternativele acestea:

- a). Eprubete plastic nesterile 14/100 – alternativa 16\*100MM;
- b). Vacutainer coagulare NaCl 3.8, 2.7ml – capac albastru – alternativa de 2 ml;
- c). Vacutainer cu LiHep 3 ml – capac verde – alternativa de 2 ml;
- d). Vacutainer VSH 1.8 ml – capac negru – alternativa de 1.6 ml;
- e). Urocultoare 50 ml – alternative de 60 ml;
- f). Eprubete sticla, nesterile 14/120 – alternativa de 12/120."

### *Raspuns:*

**Referitor la intrebarea dumneavoastra, raspunsul autoritatii noastre este urmatorul:**

**Pentru Urocultoare 50 ml (e), Eprubete sticla nesterile 14/120 (f), din**


componenta Lot 2 se accepta alternativa propusa, iar pentru Eprubete plastic nesterile 14/100 (a), Vacutainer coagulare NaCl 3.8, 2.7ml – capac albastru (b), Vacutainer cu LiHep 3 ml – capac verde (c), Vacutainer VSH 1.8 ml – capac negru (d), nu se accepta alternative intrucat analizoarele nu suporta alt tip de Vacutainer.

*\*Oferta care nu indeplineste cerintele din caietul de sarcini va fi declarata ca fiind oferta neconforma.*

*\* Raspunsul la solicitarea ofertantului se regaseste publicat pe pagina electronica a autoritatii contractante [http://www.spitalvidele.ro/sectiunea "Anunturi"](http://www.spitalvidele.ro/sectiunea%20Anunturi).*

10.05.2019

Sef Laborator clinic,  
Ch. Tudor Mihaela



Achizitii publice  
Bărbălău Alexandru

